

Iford PAN-F, révélateurs BKA - 22 °C

Iford PAN-F à EI 50/18°

BKA	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15
22 °C	03.15	cf 21 °C	cf 21 °C

Iford PAN-F à EI 64/19°

BKA	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10
22 °C	cf 21 °C	cf 21 °C

Iford FP4, révélateurs BKA - 22 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford FP4 à EI 100/21°

BKA	ACU-1 1+10
22 °C	cf 21 °C

Iford FP4 à EI 125/22°

BKA	Acufine
22 °C	03.45

Iford FP4 à EI 200/24°

BKA	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15
22 °C	05.30	cf 21 °C	cf 21 °C

Iford HP5, révélateurs BKA - 22 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Iford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Iford HP5 à EI 400/27°

BKA	Acufine
22 °C	04.00

Iford HP5 à EI 500/28°

BKA	Ethol UFG
22 °C	cf 21 °C

Iford HP5 à EI 640/29°

BKA	Ethol TEC 1+15
22 °C	cf 21 °C

Iford HP5 à EI 800/30°

BKA	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10
22 °C	05.45	cf 21 °C	cf 21 °C	cf 21 °C

Iford HP5 à EI 1600/33°

BKA	Acufine
22 °C	08.30

Iford Pan-100, révélateurs BKA - 22 °C

Iford Pan-100 à EI 100/21°

BKA	Acufine
22 °C	03.45

Iford Pan-100 à EI 200/24°

BKA	Acufine
22 °C	05.30

Iford Pan-400, révélateurs BKA - 22 °C

Iford Pan-400 à EI 200/24°

BKA	Acufine
22 °C	03.45

Iford Pan-400 à EI 400/27°

BKA	Acufine
22 °C	04.30

Iford Pan-400 à EI 800/30°

BKA	Acufine
22 °C	06.15

Iford Pan-400 à EI 1600/33°

BKA	Acufine
22 °C	08.00

Iford Delta-100, révélateurs BKA - 22 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford Delta-100 à EI 100/21°

BKA	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10
22 °C	cf 21 °C	cf 21 °C	cf 21 °C

Iford Delta-100 à EI 200/24°

BKA	Acufine
22 °C	05.00

Ilford Delta-400, révélateurs BKA - 22 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

BKA	Acufine
22 °C	05.45

Ilford Delta-400 à EI 400/27°

BKA	Acufine
22 °C	07.30

Ilford Delta-400 à EI 500/28°

BKA	Acufine
22 °C	09.15

Ilford Delta-400 à EI 800/30°

BKA	Acufine
22 °C	11.30

Ilford Delta-400 à EI 1600/33°

BKA	Acufine
22 °C	13.00

Ilford Delta-400 à EI 3200/36°

BKA	Acufine
22 °C	16.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h03
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants